



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



**ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΒΕΡΩΦ 12Α
Τ.Κ. 104 33, ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡ. Λ. ΒΕΗ
ΤΗΛ.: 213 2037560
E-mail : diagonistikes@ekapy.gov.gr

Αθήνα, 7-5-2025

Αρ. πρωτ.: Δ.Π.4888

Προς:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

(μέσω ΕΣΗΔΗΣ)

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις επί του τεύχους της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΚΑΠΥ ΤΑ_1/2024, άνω των ορίων, σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για όλα τα Νοσοκομεία», το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5224753, προϋπολογισμού ύψους Εξήντα Δύο Εκατομμυρίων Οχτακοσίων Χιλιάδων ευρώ (62.800.000€) πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με προσυμφωνημένο ποσοστό επιμερισμού και χρονική διάρκεια ενός (1) έτους

Σε συνέχεια των προηγούμενων διευκρινήσεων και συγκεκριμένα των υπ' αρ. 2564/5-3-2025, 2565/5-3-2025, 3456/27-3-2025 και 4075/14-4-2025 που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί σχετικά με την εν θέματι διακήρυξη ΕΚΑΠΥ ΤΑ_1/2024, για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για όλα τα

Νοσοκομεία», το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5224753 και με αφορμή νέα ερωτήματα διευκρινίζονται τα κάτωθι :

ΕΡΩΤΗΜΑ 1:

2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αναφέρεται : «Επίσης θα πρέπει να δηλώσει καταθέτοντας αντίστοιχες πιστοποιήσεις ότι το προσωπικό αυτό διαθέτει ικανότητα επικοινωνίας, γραπτής και προφορικής, στην ελληνική γλώσσα για την επικοινωνία του με το προσωπικό των Νοσοκομείων».

Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε ποιες πιστοποιήσεις είναι αποδεκτές, όσον αφορά στους απασχολούμενους Έλληνες πολίτες, για την απόδειξη ικανότητας επικοινωνίας, γραπτής και προφορικής, στην ελληνική γλώσσα για την επικοινωνία του με το προσωπικό των Νοσοκομείων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1:

Έχει απαντηθεί με τις υπ' αρ. 3456/27-3-2025 διευκρινίσεις (Απάντηση 5)

ΕΡΩΤΗΜΑ 2:

2.1.4 Γλώσσα, μεταξύ άλλων απαιτείται: «Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, όπου είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Από τα αναφερόμενα, εξαιρείται η υποβολή των Εγχειριδίων Λειτουργίας του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, τα οποία πρέπει να κατατεθούν πλήρως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και εγκεκριμένα από τον Κατασκευαστή στα Δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς» .

Παρακαλώ διευκρινίστε μας αν απαιτείται η μετάφραση τεχνικών φυλλαδίων ή άλλων εντύπων με τεχνικό περιεχόμενο, τα οποία περιλαμβάνουν τόσο αριθμητικό όσο και περιγραφικό λεκτικό τεχνολογικό περιεχόμενο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2:

Έχει απαντηθεί με τις υπ' αρ. 3456/27-3-2025 διευκρινίσεις (Απάντηση 18)

ΕΡΩΤΗΜΑ 3:

Στην παράγραφο 2.4.3.2. Τεχνική προσφορά, αναγράφεται: «5. Πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του μητρικού κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές απαραίτητα στην ελληνική γλώσσα μεταφρασμένο και επιβεβαιωμένο από τον οίκο κατασκευής καθώς και στην αγγλική γλώσσα.» Παρακαλώ διευκρινίστε μας ποια είναι η αποδεκτή επιβεβαίωση από τον κατασκευαστή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3:

Έχει απαντηθεί με τις υπ' αρ. 3456/27-3-2025 διευκρινίσεις (Απάντηση 6)

ΕΡΩΤΗΜΑ 4:

Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε εάν επιτρέπεται ο υποψήφιος προμηθευτής σε κάθε ένα από τα τμήματα 12, 15, 34, να προσφέρει αποκλειστικά και μόνο εξοπλισμό κατασκευής του ίδιου οίκου ή εάν επιτρέπεται να καταθέσει προσφορά για εξοπλισμό διαφορετικών κατασκευαστικών οίκων για το ίδιο τμήμα, εφόσον διασφαλίζεται και αποδεικνύεται η συμβατότητα και συνδεσιμότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού καθώς και οι ελάχιστες προδιαγραφές αυτού, που περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο Παράρτημα 2.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπονται αντιπροσφορές. Επιτρέπεται όμως η προσφορά συνδυαστικά συσκευών διαφορετικών κατασκευαστών για το ίδιο είδος εφόσον διασφαλίζεται και αποδεικνύεται από σχετικά πιστοποιητικά η μεταξύ των συμβατότητα και συνδεσιμότητα. Η ως άνω εξαίρεση για τα τμήματα 12, 15 και 34 αφορά στο γεγονός ότι, οι ποσότητες των ειδών στα εν λόγω τμήματα, θα ανατεθούν σε έναν και μόνο ανάδοχο, ενώ όλα τα υπόλοιπα τμήματα της διακήρυξης, θα ανατεθούν βάσει επιμερισμού ποσοτήτων, ως αναλυτικά παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ.

ΕΡΩΤΗΜΑ 5:

1/Στην υπ` αριθμόν 2.2.6.1 απαίτηση της Ενότητας 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της εν θέματι Διακήρυξης ζητείται: 2.2.6.1 Β) Επίσης θα πρέπει να δηλώσει καταθέτοντας αντίστοιχες πιστοποιήσεις ότι το προσωπικό αυτό διαθέτει ικανότητα επικοινωνίας, γραπτής και προφορικής, στην ελληνική γλώσσα για την επικοινωνία του με το προσωπικό των Νοσοκομείων....»

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε σχετικά με τις πιστοποιήσεις τις οποίες επιθυμείτε να σας προσκομιστούν από πλευράς των εταιρειών, αναφορικά με την ικανότητα επικοινωνίας (γραπτής και προφορικής) του προσωπικού τους για την επικοινωνία με το προσωπικό των Νοσοκομείων ότι τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού από τον κατασκευαστικό οίκο καλύπτουν την συγκεκριμένη απαίτηση.

2/ Στην υπ` αριθμόν 5 απαίτηση της Ενότητας 4. Επίσημα Τεχνικά Φυλλάδια της εν θέματι Διακήρυξης ζητείται: «5. Πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του μητρικού κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές απαραίτητα στην ελληνική γλώσσα μεταφρασμένο και επιβεβαιωμένο από τον οίκο κατασκευής καθώς και στην αγγλική γλώσσα.»

Παρακαλούμε όπως διευκρινήσετε εάν το εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του μητρικού κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές θα πρέπει να προσκομιστεί στην ελληνική γλώσσα ή/και στην αγγλική γλώσσα από πλευράς των εταιρειών κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

3/ Στην Ενότητα 4. Επίσημα Τεχνικά Φυλλάδια της εν θέματι Διακήρυξης ζητείται: «Ο προσφέρων πρέπει να επισυνάψει τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως, συνοδευτικά τεχνικά ή/και κατασκευαστικά σχέδια, service manuals, κατάλληλα σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, CD, δικαιολογητικά και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει τη συμμόρφωση του προσφερόμενου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και με τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να καθίσταται ευχερής η αξιολόγηση από την αρμόδια Επιτροπή..»

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι τα service manuals θα πρέπει να προσκομισθούν κατά την κατακύρωση στον ανάδοχο καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία (intellectual property) της έκαστης εταιρείας και όχι κατά την υποβολή της προσφοράς. 4/Στο Παράρτημα Ι Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου και στον Πίνακα 2 Πίνακας Αγγειογραφικών Συστημάτων της εν θέματι Διακήρυξης παρατηρείται διαφορά στον προϋπολογισμό προμήθειας του συστήματος ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΣ για το ΓΝ ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" σε σχέση με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς προμήθειας για τα Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ και Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ παρότι οι απαιτήσεις των όρων της Διακήρυξης και για τα τρία Νοσοκομεία είναι ταυτόσημες. Συνεπώς παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν το ορθό ποσό προϋπολογισμού για το σύστημα Στεφανιογραφίας που προορίζεται για το ΓΝ ΣΑΜΟΥ είναι το ίδιο με αυτό των δύο άλλων συστημάτων για το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ και το ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ αντίστοιχα .

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5:

Τα 3 πρώτα υποερωτήματα έχουν απαντηθεί με το υπ' αρ 3459/27-3-2025 έγγραφο του φορέα (Απάντηση 5, 6 & 15 αντίστοιχα) και το 4ο με το υπ' αρ. 2565/5-3-2025 έγγραφο του φορέα περί διευκρινίσεων.

ΕΡΩΤΗΜΑ 6:

Με ποιον τρόπο θα πρέπει να αποδειχθεί ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης για την Αθηνά και Θεσσαλονίκη θα είναι 8 εργάσιμες ώρες, για την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη θα είναι 16 ώρες και για τους νησιωτικούς προορισμούς θα είναι 24 ώρες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6:

Έχει απαντηθεί με τις υπ' αρ. 3456/27-3-2025 διευκρινίσεις (Απάντηση 17)

ΕΡΩΤΗΜΑ 7:

Ποιες είναι οι πιστοποιήσεις που θα πρέπει να κατατεθούν ως απόδειξη γλωσσομάθειας και ικανότητας επικοινωνίας, γραπτής και προφορικής στην Ελληνική γλώσσα για τα μέλη της ομάδας παροχής τεχνικής υποστήριξης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7:

Έχει απαντηθεί με τις υπ' αρ. 3456/27-3-2025 διευκρινίσεις (Απάντηση 5)

ΕΡΩΤΗΜΑ 8:

Απαιτείται κατάθεση απόδειξης της σχέσης εργασίας μεταξύ της εταιρείας και του συνεργείου συντήρησης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8:

Η υποβολή αποδεικτικών εγγράφων για τη σχέση εργασίας δεν απαιτείται στο παρόν στάδιο, αυτό που **υποχρεωτικά απαιτείται** (Άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) είναι η **προσκόμιση σχετικής γραπτής δέσμευσης (δήλωση ή συμφωνητικό συνεργασίας)** με την οποία να αποδεικνύεται ότι ο προσφέρων θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους και τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά κατάρτισης και εξουσιοδότησης, τα οποία αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα και την ετοιμότητα του αναδόχου να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ότι το προσωπικό που θα αναλάβει τη συντήρηση και επισκευή θα είναι πλήρως διαθέσιμο και εκπαιδευμένο κατά την διάρκεια όλης της σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση των αντίστοιχων αποδεικτικών εγγράφων και πιστοποιητικών, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την εκτέλεση της σύμβασης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 9:

Όσον αφορά στο Τμήμα 29: ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ και δεδομένου ότι στην προδιαγραφή «6. Το λογισμικό του συστήματος ψηφιοποίησης να λειτουργεί στην Αγγλική γλώσσα.» του «B.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ», η Αγγλική γλώσσα είναι υποχρεωτική, σχετικά με την προδιαγραφή «7. Το λογισμικό του συστήματος ψηφιοποίησης να λειτουργεί στην Ελληνική γλώσσα» του «B.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ» .

Παρακαλώ όμως επιβεβαιώσετε εάν η Ελληνική γλώσσα δεν είναι υποχρεωτική αλλά είναι επιθυμητή και βαθμολογήτε.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9:

Διευκρινίζεται ότι η προϋπόθεση «το λογισμικό του συστήματος ψηφιοποίησης να λειτουργεί στην Ελληνική γλώσσα» είναι υποχρεωτική για την πλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών και βαθμολογείται.

ΕΡΩΤΗΜΑ 10:

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2. «Αποδεικτικά Μέσα» της διακήρυξης, τα δικαιολογητικά των παραγράφων 2.2.5 – 2.2.6 – 2.2.7 και Β.3. – Β.4 – Β.5 θα πρέπει να υποβληθούν με την υποβολή της προσφοράς. Το ΕΕΕΣ που έχει αναρτηθεί στον διαγωνισμό προς συμπλήρωση, έχει ανοικτά όλα τα αντίστοιχα πεδία για να συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες.

Δεδομένου ότι τα αναφερόμενα αποδεικτικά μέσα, υποβάλλονται αναλυτικά με την κατάθεση της προσφοράς, παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι δεν είναι απαιτητό να επαναυποβληθούν / συμπληρωθούν και στο ΕΕΕΣ.

Επίσης και με δεδομένο ότι τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα έχουν ήδη υποβληθεί με την κατάθεση, παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι δεν απαιτείται να επαναυποβληθούν με τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, στην περίπτωση που ανακηρυχθούμε ανάδοχοι.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10:

Το ΕΕΕΣ έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης και χρησιμοποιείται για να δηλώσουν (συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία) οι οικονομικοί φορείς ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στον όρο 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα της διακήρυξης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 11:

Σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.8.1. & 4.4.1 της διακήρυξης, παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν επιτρέπεται, όπως ισχύει και στην ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης «Δικαίωμα συμμετοχής» της διακήρυξης ,αναφέρεται ότι: «**3.** Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.....».

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι σε περίπτωση υποβολής προσφοράς σε περισσότερα του ενός τμήματα, τότε η εταιρεία μας μπορεί να υποβάλλει προσφορά

(σε διαφορετικά τμήματα) είτε μεμονωμένα, είτε με διαφορετικό σχήμα ένωσης στο κάθε τμήμα, δεδομένου ότι (και σύμφωνα και με την διευκρινιστική σας με Αρ. Πρωτ. ΔΠ 2564/05.03.2025), το κάθε τμήμα είναι αυτοτελές και άρα ξεχωριστός διαγωνισμός.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11:

Έχει απαντηθεί με τις υπ' αρ. 2564/5-3-2025 διευκρινίσεις, όπου ρητά αναφέρεται ότι, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά θα πρέπει να είναι αυτοτελής και πλήρης για κάθε τμήμα. Επίσης για κάθε τμήμα υποβάλλεται διακριτή προσφορά είτε από έναν οικονομικό φορέα είτε από ένωση οικονομικών φορέων.

ΕΡΩΤΗΜΑ 12:

Στο διευκρινιστικό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με αριθμ.πρωτ.2564/5.3.2025 αναγράφεται: Κάθε τμήμα του εν λόγω διαγωνισμού είναι αυτοτελές, έχει δημιουργηθεί για καθένα ένας μοναδικός συστημικός αριθμός και η υποβαλλόμενη προσφορά θα πρέπει να είναι αυτοτελής και πλήρης για κάθε τμήμα. Εκτιμούμε, ότι οι ανωτέρω αναφορές για ποσοστά υπολογιζόμενα αθροιστικά στα τμήματα που συμμετέχει ένας οικονομικός φορέας δεν έχουν ισχύ, σύμφωνα με την ανωτέρω διευκρινιστική με την οποία αποσαφηνίζεται ότι το έργο αποτελείται από 43 ξεχωριστούς και διακριτούς διαγωνισμούς.

Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι σε περίπτωση υποβολής προσφοράς σε περισσότερα του ενός τμήματα, τότε οι απαιτήσεις των άνω αναφερομένων παραγράφων, θα πρέπει να καλύπτουν το κάθε τμήμα ξεχωριστά.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 12:

Διευκρινίζεται ότι, κάθε Τμήμα του διαγωνισμού αποτελεί αυτοτελές και διακριτό αντικείμενο προμήθειας με αντίστοιχη αυτοτελή ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ και μοναδικό συστημικό αριθμό.

Κατά συνέπεια, για κάθε Τμήμα στο οποίο επιθυμεί να συμμετάσχει οικονομικός φορέας, απαιτείται η υποβολή πλήρους και αυτοτελούς φακέλου προσφοράς. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς σε περισσότερα του ενός τμήματα, υπάρχουν απαιτήσεις της διακήρυξης που θα πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά για όλα τα σχετικά τμήματα, όπως είναι ο όρος 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και ο όρος 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

ΕΡΩΤΗΜΑ 13:

Στην σελίδα 47 της διακήρυξης αναφέρεται: «3. Πλήρες «Φύλλο Συμμόρφωσης» το οποίο είναι προτυπωμένο και περιέχεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης. Το φύλλο συμμόρφωσης έχει αναρτηθεί και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc στη διαδικτυακή πύλη <https://portal.eprocurement.gov.gr/> του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να συμπληρώσει όλα τα πεδία των στηλών ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ του ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΑΡΦΩΝ, όπου αντίστοιχα,

α) θα απαντήσει αναλυτικά ακολουθώντας τη σειρά και συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης ΑΠΑΝΤΗΣΗ με αναλυτική περιγραφή, πληρότητα και τεκμηρίωση και

β) θα συμπληρώσει όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ όπου θα αναφέρει τη σελίδα/σελίδες του φακέλου τεχνικής προσφοράς όπου ανευρίσκεται η αντίστοιχη αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση».

Αφορά την παράγραφο β.

Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε ότι δεν είναι απαραίτητη η συνεχόμενη αρίθμηση όλων των σελίδων της τεχνικής προσφοράς.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 13:

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε οι παραπομπές να είναι σαφείς, ακριβείς και να οδηγούν χωρίς ασάφεια στο σημείο της τεχνικής προσφοράς όπου βρίσκεται η σχετική τεκμηρίωση. Η παραπομπή μπορεί να αφορά:

- αριθμούς σελίδων (όπως εμφανίζονται σε κάθε επιμέρους ενότητα/αρχείο),
- αριθμούς παραγράφων ή κεφαλαίων,
- ή/και συνδυασμό αυτών,

υπό την προϋπόθεση ότι η πληροφορία είναι εύκολα εντοπίσιμη και να επιτρέπει τον άμεσο και ευχερή έλεγχο της από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 14:

Σύμφωνα με την προηγούμενη διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών και προκειμένου να υπάρχει απόλυτη ταύτιση όλων των σχετικών Παραρτημάτων του

διαγωνισμού, που περιλαμβάνουν τεχνικές προδιαγραφές, και για την ορθότητα υποβολής των σχετικών τεχνικών προσφορών των προμηθευτών χωρίς τεχνικές αποκλίσεις μεταξύ παραρτημάτων, παρακαλούμε για την σχετική διευκρίνιση, αναφορικά με την ισχύ των Προδιαγραφών του Παραρτήματος 2.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 14:

Σε απάντηση στο ερώτημα σας, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των παραρτημάτων της διακήρυξης υπερισχύουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ.

ΕΡΩΤΗΜΑ 15:

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή σύνταξη των προσφορών παρακαλούμε για την κάτωθι διευκρίνιση: Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1 [Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών] της διακήρυξης, όπου αναφέρεται ότι «λόγω της υποδιαίρεσης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο σε τμήματα, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση που υποβάλλουν προσφορά για περισσότερα τμήματα να δηλώνουν στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης-ΕΕΕΣ τα τμήματα για τα οποία υποβάλλουν προσφορά».

Παρακαλώ διευκρινίστε εάν στα ΕΕΕΣ των τμημάτων που συμμετέχουμε αυτόνομα πρέπει να αναφέρουμε και σε ποια είδη η εταιρεία μας συμμετέχει ως μέλος ένωσης προμηθευτών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 15:

Σε περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει τόσο αυτόνομα όσο και ως μέλος ένωσης προμηθευτών σε διαφορετικά τμήματα της διακήρυξης, οφείλει να δηλώσει στο ΕΕΕΣ όλα τα τμήματα για τα οποία υποβάλλει προσφορά, είτε αυτόνομα είτε ως μέλος ένωσης. Ειδικότερα, στο σχετικό σημείο του ΕΕΕΣ θα πρέπει να αναφέρεται ρητά:

- ποια τμήματα αφορούν προσφορά που υποβάλλεται αυτόνομα από τον οικονομικό φορέα, και
- ποια τμήματα αφορούν προσφορά που υποβάλλεται από ένωση προμηθευτών στην οποία αυτός συμμετέχει, με αναφορά στην ένωση.

Η δήλωση αυτή είναι υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Εάν οι υπηρεσίες τοποθέτησης/εγκατάστασης και εκπαίδευσης, όπου αυτές προβλέπονται, δύνανται να παρασχεθούν μέσω υπεργολαβίας, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί υπεργολαβίας.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική νομολογία και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 131 και επ.), η ανάθεση σε υπεργολάβους επιτρέπεται, εφόσον αυτό δηλώνεται ρητώς στην προσφορά και δεν αφορά στοιχεία της σύμβασης που έχουν κριθεί ουσιώδη για την τεχνική ή επαγγελματική ικανότητα του αναδόχου.

ΕΡΩΤΗΜΑ 16:

Σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.8.1. & 4.4.1 της διακήρυξης, παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν επιτρέπεται οι υπηρεσίες τοποθέτησης / εγκατάστασης και εκπαίδευσης μπορούν να παρασχεθούν από υπεργολάβο, όπως ισχύει και στην ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 16:

Διευκρινίζεται ότι στον όρο 2.2.8.1 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων που αναφέρεται: «... Επισημαίνεται ότι απαιτείται η εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και η εκπαίδευση συγκεκριμένου αριθμού του προσωπικού των Νοσοκομείων **να γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή...**»

ΕΡΩΤΗΜΑ 17:

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν απαιτείται η έκδοση εγγυητικής συμμετοχής.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 17:

Δεν απαιτείται έκδοση εγγυητικής συμμετοχής.

ΕΡΩΤΗΜΑ 18:

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, αν η συνολική προσφερόμενη τιμή αφορά μόνο την τιμή του πίνακα Π1, καθώς στο άρθρο της διακήρυξης 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών και συγκεκριμένα στο 2.4.4.2.7. αναφέρει ότι «Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη (εκτιμώμενη αξία κάθε επιμέρους τμήματος)» και ως εκ τούτου δεν είναι ξεκάθαρο εάν θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την τιμή της συντήρησης που θα αναφέρεται στον Πίνακα Π2.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 18:

Έχει απαντηθεί με τις υπ' αρ. 3456/27-3-2025 διευκρινίσεις. (Απάντηση 33)

ΕΡΩΤΗΜΑ 19:

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, αναφορικά με το Τμήμα 21 – Μαγνητικός Τομογράφος (Ανοικτός) του Παραρτήματος ΙΙ «Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές», και συγκεκριμένα στο Γ. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά, σημείο 5.1, όπου προβλέπεται η απαίτηση για Θωράκιση (RF Cage) στον χώρο εγκατάστασης του μηχανήματος: Πέραν της θωράκισης, απαιτούνται επιπλέον εργασίες και μελέτες, όπως:

- Η εκπόνηση στατικής μελέτης για την κατασκευή στατικής ενίσχυσης δαπέδου
- Μελέτη χώρου εγκατάσταση για την πιθανότητα τοποθέτησης μαγνητικής θωράκισης εφόσον απαιτείται (επιπλέον του RF Cage)
- Τυχόν κατασκευαστικές ή τεχνικές εργασίες (ενισχύσεις, βάσεις κ.λπ.)
- Ηλεκτρολογικές και ψυκτικές εγκαταστάσεις
- Ηλεκτρολογικός Πίνακας
- Διαρρύθμισή χώρου σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης (χωρίσματα, γυψοσανίδες).

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ποιος φορέας θα αναλάβει την διεκπεραίωση των ανωτέρω εργασιών /μελετών και με ποιον προϋπολογισμό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 19:

Η προσφορά αφορά μόνο στην προμήθεια και την συντήρηση του ζητούμενου εξοπλισμού, οι επιπλέον εργασίες και μελέτες, για την διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης του μηχανήματος βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους φορείς υποδοχής.

ΕΡΩΤΗΜΑ 20:

Στα κριτήρια επιλογής της διακήρυξης και συγκεκριμένα στο άρθρο 2.2.8.1. Στήριξη σε ικανότητα τρίτων ορίζεται ότι:

«Επισημαίνεται ότι απαιτείται η εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και η εκπαίδευση συγκεκριμένου αριθμού του προσωπικού των Νοσοκομείων να γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή.»

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι ο ανωτέρω όρος αναφέρεται στα τα κύρια προσφερόμενα συστήματα του διαγωνισμού και όχι στα υποσύστημα / παρελκόμενα / περιφερειακά προσφερόμενα του κάθε συγκροτήματος (π.χ. εκτυπωτές, UPS, δοσιμετρικά, ακινητοποιητικά κλπ) για τα οποία μπορεί να διατίθεται κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό τρίτων υπεργολάβων ή/και δανειζόντων εμπειρία εταιρειών/αντιπροσώπων, ανεξαρτήτως του νομικού δεσμού με τον οποίο συνδέονται με τον προσφέροντα ή με μέλος της προσφέρουσας ένωσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 20:

Έχει απαντηθεί με το 3456/ 27.3.2025 έγγραφο διευκρινίσεων της υπηρεσίας.
(Απάντηση 2)

ΕΡΩΤΗΜΑ 21:

Στους γενικούς όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο και ειδικότερα στο άρθρο 1.3.4 Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων ορίζεται ότι «ΤΜΗΜΑ 15 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Γ.Ν.Α. «ΛΑΙΚΟ», όπου τα σχετικά υλικά προορίζονται για το γαστρεντερολογικό τμήμα του νοσοκομείου και τον ίδιο χώρο χρήσης και απαιτείται η εξασφάλιση ομοιογενούς λειτουργίας, αλληλοκάλυψης και συνδεσιμότητας μεταξύ των ενδοσκοπικών πύργων, η οποία εξασφαλίζεται μόνο όταν ο οίκος κατασκευής είναι ο

ίδιος για το σύνολο του εξοπλισμού. Μεταξύ διαφορετικών οίκων κατασκευής δεν υπάρχει καμία συμβατότητα στη συνδεσιμότητα του εξοπλισμού.» Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ότι ο ανωτέρω όρος αναφέρεται σε κοινό προμηθευτή και όχι κατασκευαστή, καθότι τα ενδοσκοπικά συστήματα αποτελούνται από σύνολο μηχανημάτων διαφόρων κατασκευαστών (πχ Hoya Corporation-Pentax, Foresseson, ITD, Sony, Mediacapture, NDS, Cantel, Medivators κ.α.) τα οποία αποδεδειγμένα είναι συμβατά μεταξύ τους και διασφαλίζουν το σκοπό της Αναθέτουσας ως περιγράφεται ανωτέρω.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 21:

Διευκρινίζεται ότι ο προσφερόμενος αμιγώς ενδοσκοπικός εξοπλισμός, και συγκεκριμένα: Τα εύκαμπτα ενδοσκόπια και ο κεντρικός επεξεργαστής εικόνας και Πηγή Φωτισμού **πρέπει υποχρεωτικά να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου για λόγους λειτουργικότητας.**

Σε ότι αφορά όμως τον βοηθητικό περιφερειακό εξοπλισμό όπως οθόνες, βίντεο καταγραφικά, συσκευές αναρρόφησης, συσκευές CO2 κτλ, επιτρέπεται η προσφορά και άλλων οίκων κατασκευής με την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται η συνδεσιμότητα, συμβατότητα, και λειτουργικότητά του από τον αντίστοιχο εκάστοτε κατασκευαστή, με τον αμιγώς ενδοσκοπικό εξοπλισμό με τον οποίο συνδέεται.

ΕΡΩΤΗΜΑ 22:

Αναφορικά με την συμπλήρωση του φύλλου συμμόρφωσης καθώς στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-5-V-NEW-ΦΥΛΛΑ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_fin-1», Σελ.2, ορίζεται σαφώς ότι το φύλλο συμμόρφωσης πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τις στήλες «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», «ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» και «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ». Ωστόσο, στα υποδείγματα του φύλλου συμμόρφωσης οι στήλες είναι «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» και «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ». Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις εμπεριέχονται στις τεχνικές προδιαγραφές και φαίνεται να έχει γίνει ένα λάθος εκ παραδρομής, αιτούμεθα την διευκρίνηση ή επιβεβαίωση ότι οι στήλες του φύλλου συμμόρφωσης πρέπει να είναι «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», «ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» και «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22:

Αναφορικά με την ορθή συμπλήρωση του φύλλου συμμόρφωσης και σε απάντηση σχετικού ερωτήματος, διευκρινίζεται ότι:

Στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-5-V-NEW-ΦΥΛΛΑ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_fin-1», στη σελ. 2, ορίζεται σαφώς ότι, επί ποινή αποκλεισμού, το φύλλο συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής στήλες:

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
- ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
- ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

επιβεβαιώνεται ότι οι στήλες του Φύλλου Συμμόρφωσης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι οι εξής:

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
- ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
- ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Οι προσφέροντες καλούνται να συντάξουν το Φύλλο Συμμόρφωσης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΕΡΩΤΗΜΑ 23

Στο άρθρο 2.2.9..2. Αποδεικτικά μέσα αναφέρει:

A. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ' άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος.

Ειδικά ως προς τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.5 (Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια) και 2.2.6 (Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα), και ως προς τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ήδη με την υποβολή της προσφοράς τους τα δικαιολογητικά των περ. Β.3, Β.4 και 8.5 της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας Διακήρυξης.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

B.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά:

α) Πιστοποιητικά σήμανσης ΣΕ του κατασκευαστή για τον προσφερόμενο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των

Κανονισμών (ΕΕ) 745/2016 ή (ΕΕ) 746/2016 ή της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ με αποδεικτικό επέκτασης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/607 μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα.

β) Πιστοποιητικά EN ISO 13485:2016 Διαχείρισης Ποιότητας για ιατρικές συσκευές, τόσο του κατασκευαστή όσο και του προσφέροντος οικονομικού φορέα, μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα, με εξαίρεση το Τμήμα 35 «ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ» για το οποίο απαιτείται Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015.

γ) Πιστοποιητικό EN ISO 37001:2016 Συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας του προσφέροντος οικονομικού φορέα.

δ) Πιστοποιητικό ISO 27001 για προστασία προσωπικών δεδομένων του προσφέροντος οικονομικού φορέα.

ε) Βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΔΥΒΔ/Γ.Π.οικ. 1348/2004 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας: «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (Β' 328) του προσφέροντος οικονομικού φορέα.

στ) Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης με το οποίο να βεβαιώνεται ότι υπάγεται σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82 Α) ΚΑΙ Π.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ 12 Α) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/108.

Τα ως άνω Πιστοποιητικά ή ισοδύναμά τους όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρ. 2.2.7. και η Βεβαίωση συμμόρφωσης θα επισυναφθούν στην Τεχνική Προσφορά. Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Επίσης στο άρθρο 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής αναφέρει :

γ. τα δικαιολογητικά συμμετοχής των οικονομικών φορέων για την απόδειξη των κριτηρίων επιλογής των παραγράφων 2.2.5 (οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια), 2.2.6 (τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) και 2.2.7 (πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης) της παρούσας Διακήρυξης. Συγκεκριμένα, στα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνεται το σύνολο των αποδεικτικών μέσων των περιπτώσεων Β3, 84 και Β5 της Ενότητας 2.2.9.2 της παρούσας Διακήρυξης.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν τα Πιστοποιητικά ή ισοδύναμά τους όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρ. 2.2.7. και η Βεβαίωση συμμόρφωσης θα επισυναφθούν στην Τεχνική Προσφορά ή στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής .

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 23:

Στο όρο 2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής της εν θέματι διακήρυξης αναφέρονται αναλυτικά όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και στον όρο 2.4.3.2 Τεχνική προσφορά, αναφέρεται αναλυτικά ο τρόπος σύνταξης του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς για όλους τους υποψήφιους προσφέροντες στον εν θέματι διαγωνισμό.

Οι ως άνω διευκρινίσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υπ ' αριθ. ΕΚΑΠΥ ΤΑ 1/2024 Διακήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

- **Εσωτερική Διανομή (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) :**

Γραφείο Προέδρου, Γραφείο Αντιπροέδρου, Γραφείο Γενικής Δ/νσης, Δ/νση Προμηθειών

- **Μέσω ΕΣΗΔΗΣ:**

Προς όλους τους ενδιαφερομένους